

สอบเทียบตู้ด้านอุณหภูมิ และความชื้น ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025: 2017

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด	วิธีการสอบเทียบ
อุณหภูมิ	Temperature Controlled Enclosure		TLAS G-20
	-30°C to 0°C	3.00°C	
	>0°C to 110°C	0.45°C	
	>110°C to 200°C	1.50°C	
	Climatic Chamber		CEI/IEC 600068-3-5
	Temperature		CEI/IEC 600068-3-6
	25°C to 30°C	0.54	CEI/IEC 600068-3-11
	>30°C to 40°C	0.87	
	Relative Humidity		
	@25°C to 40°C		
	40% to 60% RH	2.8% RH	
	>60% to 80% RH	2.8% RH	